

C-7000 Reparation och kalibrering

Reparation av C-7000.

Kalibrering utan certifikat.

Kalibrering mot ljuskälla spårbar till Japan Electric Meters Inspection Corporation (JEMIC) samt National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

Mätpunkt: 2856K @ 800 lx.

Variant	Artikelnr	EAN
	C-7000 repcal	

