

Elsec Testkit för RH sensor

Kalibreringskit för RH-sensorn på 765, 765C, 764 och 764C.

Sensorn på 765 och 765C behöver normalt inte justeras men för att garantera att värden visas korrekt kan detta kit användas för kalibrering av av RH-sensorn. Kontroll bör göras var 6:e till 12:e månad beroende på hur mycket mätaren brukas.

Om sensorn varit utsatt för lösningsmedel, saltvatten eller annan vätska så kan man "baka" sensorn för att få bort eventuella rester. Se i manualen till mätaren hur detta görs.

Väskan består av kalibreringssalter, rent vatten och testkammare.

Variant	Artikelnr	EAN
	ELSEC-RH-kit	

